

1. 논산캠퍼스 2018학년도 실험·실습실별 정밀안전진단 지적사항

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
1	융합IT학과	전산실습실	210	특이사항 없음	
2	융합IT학과	IoT LAB	411	특이사항 없음	
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (Sodium)	건조장 보관필요
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	연구실 별 취급물질에 대한 부적합 소화기 설치 [소방-17] (Sodium 등)	연구실 별 취급물질에 대한 적합 소화기 설치 (금속화재와 D급소화기 및 건조사비치)
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	가스용기 밸브 보호캡 미설치 [가스-4]	가스용기 밸브 보호캡 설치
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	가스배관 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9]	배관 적정 밴딩 처리 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
3	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	흡후드 고장 [산위-6]	적정 흡후드 설치 및 작동상태 유지
4	나노바이오화학과	기기실험실	215	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
4	나노바이오화학과	기기실험실	215	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
4	나노바이오화학과	기기실험실	215	가스누출경보장치 설치 및 관리 불량 [가스-12] (수소)	가스누출경보장치 적정 설치 및 유지관리

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
5	나노바이오화학과	나노과학/분석화학실험실	216-1	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
5	나노바이오화학과	나노과학/분석화학실험실	216-1	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
6	나노바이오화학과	공동기기실험실	216-2	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
6	나노바이오화학과	공동기기실험실	216-2	가스용기 밸브 보호캡 미설치 [가스-4]	가스용기 밸브 보호캡 설치
7	나노바이오화학과	전산물질디자인실험실	218-1	특이사항 없음	
8	나노바이오화학과	무기화학실험실	218-2	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
8	나노바이오화학과	무기화학실험실	218-2	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
9	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
9	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
9	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	시약용기 관리불량 [화공-4] (밀폐 미흡)	시약용기 밀폐보관
9	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	인화성물질 적정 보관 불량 [소방-1]	인화성물질 적정 보관 (인화성 캐비닛 설치 등)

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
9	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	연구실 별 취급물질에 대한 부적합 소화기 설치 [소방-17]	연구실 별 취급물질에 대한 적합 소화기 설치 (금속화재와 D급소화기)
10	기업소프트웨어학부	Design Thinking LAB II	426	특이사항 없음	
11	임상의약학과	임상약리실	311	특이사항 없음	
12	임상의약학과	임상설계실	315	특이사항 없음	
13	의약바이오학과	의약바이오약품실험실	316-1	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
13	의약바이오학과	의약바이오약품실험실	316-1	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
13	의약바이오학과	의약바이오약품실험실	316-1	시약용기 관리불량 [화공-4] (포르말린 등)	시약장 보관
13	의약바이오학과	의약바이오약품실험실	316-1	연구실 별 취급물질에 대한 부적합 소화기 설치 [소방-17] (리튬비스 등)	연구실 별 취급물질에 대한 적합 소화기 설치 (금속화재와 D급소화기)
14	의약바이오학과	의약바이오학부실험실	316-2	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
14	의약바이오학과	의약바이오학부실험실	316-2	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
15	의약바이오학과	바이오약품실험실	312	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
15	의약바이오학과	바이오약품실험실	312	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
15	의약바이오학과	바이오의약품실험실	312	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 상태 불량 [생물-11]	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 적정 운영 상태유지 및 관리
16	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
16	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
16	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	비접지(멀티탭) 사용 [전기-7]	접지(멀티탭) 사용
16	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	시약용기 관리불량 [화공-4] (포름알데히드 등)	밀폐환기 시약장 보관
16	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	폐액관리불량(분류미흡) [화공-9]	폐액 적정관리
17	의공학부	유니버셜영상실험실	의411	물질안전보건자료 미비치 및 미교육 [화공-1] (에탄올, IPA 등)	물질안전보건자료 비치 및 교육
18	제약생명공학과	시약공급실	의321	특이사항 없음	
19	제약생명공학과	GMP실습실	의318	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시
19	제약생명공학과	GMP실습실	의318	안전관리 대상목록 미작성 [일반-10] (시약리스트)	안전관리 대상목록 작성
19	제약생명공학과	GMP실습실	의318	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드, 벤젠 등)	밀폐환기 시약장 보관
20	제약생명공학과	GMP 준비실	의320	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8]	사전유해인자위험분석 및 현황게시

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
21	HRD 사업단	HRD사업단 기계실습실 I	의511	출입구 및 복도통로 적재물 비치, 비상통로 미확보 [소방-4]	출입구 및 복도통로 적재물 제거, 비상통로 확보
22	HRD 사업단	HRD사업단 기계실습실 II	의512	특이사항 없음	
23	HRD 사업단	HRD사업단 준비실/대기실	의515	특이사항 없음	
24	HRD 사업단	HRD사업단 실험실습실 I	의517	특이사항 없음	
25	HRD 사업단	HRD사업단 실험실습실 II	의521	특이사항 없음	
26	의료신소재학과	시약공급실	의322	출입구 및 복도통로 적재물 비치, 비상통로 미확보 [소방-4]	출입구 및 복도통로 적재물 제거, 비상통로 확보
27	사이버보안공학과	전산실습실Q실	공241	특이사항 없음	
28	사이버보안공학과	IoT Security Training Center	공212	특이사항 없음	
29	사이버보안공학과	사이버보안실습실	공213	특이사항 없음	
30	사이버보안공학과	Cyber Security Training Center	공305	특이사항 없음	
31	사이버보안공학과	보안프로젝트 Lab II	공340	특이사항 없음	
32	융합기계공학과	창의공학설계실	공106	특이사항 없음	
33	융합기계공학과	응용역학실험실	공109	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8] (띠톱, 밀링, 둥근톱 등)	사전유해인자위험분석 및 현황게시

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
34	융합기계공학과	재료실험실	공111	특이사항 없음	
35	융합기계공학과	열공학실험실	공113	특이사항 없음	
36	융합기계공학과	가공실	공116	특이사항 없음	
37	융합기계공학과	3D Solution	공117	특이사항 없음	
38	융합기계공학과	유체역학실험실	공121	특이사항 없음	
39	융합기계공학과	제어공학실험실	공132	특이사항 없음	
40	융합기계공학과	3D 프린터실	공134	특이사항 없음	
41	융합기계공학과	기계공작실	공B08	연구실 내 안전시설 조성여부(누수) [일반-6]	연구실 내 안전시설 조성(누수)
41	융합기계공학과	기계공작실	공B08	사전유해인자위험분석 보고서 보강 및 미게시 [일반-8] (용접기, 락, 드릴 등)	사전유해인자위험분석 및 현황게시
42	융합기계공학과	제도실	공B20	특이사항 없음	
43	재난안전소방학과	BIM실습실	의230	적응성감지기(연기, 열) 미설치 및 관리 불량 [소방-10]	적응성감지기(연기, 열) 적정 설치 및 관리
44	재난안전소방학과	소방방재통합실습실	의237	특이사항 없음	
45	재난안전소방학과	소방전기실	의226	특이사항 없음	

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
46	패션디자인산업학과	의복제작실	의539	특이사항 없음	
47	해외건설플랜트학과	구조동역학실험실	공203	특이사항 없음	
48	해외건설플랜트학과	토질실험실	의225	장기 미사용 시약 사용 [화공-6] (메탄올)	미사용 시약별 폐기
49	해외건설플랜트학과	강구조실험실	공242	특이사항 없음	
50	해외건설플랜트학과	구조역학실험실	공247	특이사항 없음	
51	해외건설플랜트학과	구조 및 재료실험실	공B15	장기 미사용 시약 사용 [화공-6]	미사용 시약별 폐기
52	해외건설플랜트학과	건설재료실험실	공B16	폐액관리불량(분류미흡 / 관리불량) [화공-9]	폐액 적정관리 (성상분류명 표기)
53	심리상담치료학과	미술치료실	공536	특이사항 없음	
54	심리상담치료학과	집단행동실	공540	특이사항 없음	
55	심리상담치료학과	창의적문제해결가든	공542	소화기 미비치 [소방-2]	소화기 비치
56	심리상담치료학과	사이버상담실습실	의531	특이사항 없음	
57	심리상담치료학과	심리상담치료실습실	의533	특이사항 없음	
58	심리상담치료학과	개인상담실습실	의535	적응성감지기(연기, 열) 미설치 및 관리 불량 [소방-10]	적응성감지기(연기, 열) 적정 설치 및 관리

연번	학과명	연구실명	호실	지적사항	개선사항
59	산학협력단	BIO-HDF실	108	특이사항 없음	
60	산학협력단	시제품 제작 및 포장실 I	114	위험기계·기구 안전검사 미 실시 여부(압력용기) [기계-6]	위험기계·기구 안전검사 실시
61	산학협력단	시제품 제작 및 포장실 II	115	비접지(멀티탭) 사용 [전기-7]	접지(멀티탭) 사용
62	디지털콘텐츠학과	전산실습실	인301	콘센트(파손) [전기-7]	콘센트 교체
63	디지털콘텐츠학과	부스형 편집실	인406	특이사항 없음	
64	디지털콘텐츠학과	주조정실	인409	소화기 미비치 [소방-2]	소화기 비치
65	디지털콘텐츠학과	녹음편집실	인410	특이사항 없음	
66	디지털콘텐츠학과	장비실습실	인411	특이사항 없음	
67	재활퍼스널트레이닝학과	신체활동디자인실	짐104	특이사항 없음	

2. 대전캠퍼스 2018학년도 실험·실습실별 정밀안전진단 지적사항

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
1	의학과	622	의료정보실	특이사항 없음.	
2	의학과	702	실습준비실	시약선반 전도방지대 미설치 [화공-3]	시약선반 전도방지대 설치
3	의학과	722	세포생물학교실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
3	의학과	722	세포생물학교실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5]	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
3	의학과	722	세포생물학교실	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 상태 불량 [생물-11]	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 적정 운영 상태유지 및 관리
4	의학과	801	학생실습실	특이사항 없음.	
5	의학과	802	병리학교실	특이사항 없음.	
6	의학과	813	임상교수공동연구실	특이사항 없음.	
7	방사선학과	815	방사성동위원소실	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)
8	의학과	823	약리학교실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드)	환기시약장 보관
9	의학과	824	학생실습실	고용량기기 단독회로 미구성 [전기-3] (멸균기)	고용량기기 단독회로 구성
10	의학과	901	학생실습실	전선관리 (환풍기 접지선탈락) 불량[전기-4]	전선관리 (적정 전선정리) 시행
10	의학과	901	학생실습실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
10	의학과	901	학생실습실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
10	의학과	901	학생실습실	시약선반 전도방지대 미설치 [화공-3] (상단시약)	시약선반 전도방지대 설치
11	의학과	902	생화학교실	연구실 내 안전시설 조성여부(천장파손) [일반-6]	연구실 내 안전시설 조성 (천장수리)
11	의학과	902	생화학교실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
12	의학과	910	COLD ROOM	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
12	의학과	910	COLD ROOM	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)
12	의학과	910	COLD ROOM	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
12	의학과	910	COLD ROOM	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
13	의학과	913	명곡의과학연구소	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
13	의학과	913	명곡의과학연구소	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
14	의학과	914	세균배양실	특이사항 없음.	
15	의학과	922	미생물학교실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드)	환기시약장 보관
15	의학과	922	미생물학교실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
15	의학과	922	미생물학교실	독성물질 미관리 [화공-11] (삼산화비소 허가물질 승인 및 관리요함)	독성물질 적정관리
15	의학과	922	미생물학교실	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 상태 불량 [생물-11]	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 적정 운영 상태유지 및 관리

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
16	의학과	923	학생실습실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (사용개시일 미기록)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
17	의학과	1001	학생실습실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
17	의학과	1001	학생실습실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
17	의학과	1001	학생실습실	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
17	의학과	1001	학생실습실	국소배기장치 미설치 [산위-5] (납땜)	적정 국소배기장치 설치 및 유지관리
18	의학과	1002	생리학교실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
18	의학과	1002	생리학교실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드)	환기시약장 보관
18	의학과	1002	생리학교실	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
19	의학과	1012	명곡의과학연구소	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
20	의학과	1014	공동암실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
21	의학과	1023	해부학교실	폐액 관리불량(분류미흡/관리불량) [화공-9]	폐액 적정관리
21	의학과	1023	해부학교실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
22	의학과	1024	학생실습실	연구실 별 취급물질에 대한 부적합 소화기 설치 [소방-17] (Sodium)	연구실 별 취급물질에 대한 적합 소화기 설치 (금속화재와 D급소화기)

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
23	의학과	1101	실험동물실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
24	의학과	1103	주입실/준비실	폐액 관리불량 (분류미흡/관리불량) [화공-9]	폐액 적정관리
25	의학과	1104	제1해부실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드)	환기시약장 보관
26	의학과	1105	학생해부실습실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
26	의학과	1105	학생해부실습실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드 표본)	환기시약장 보관
26	의학과	1105	학생해부실습실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
26	의학과	1105	학생해부실습실	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
27	중점연구소	201	실험실(습식)	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
27	중점연구소	201	실험실(습식)	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
27	중점연구소	201	실험실(습식)	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
28	중점연구소	203	실험실(습식)	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
28	중점연구소	203	실험실(습식)	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
28	중점연구소	203	실험실(습식)	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
29	중점연구소	204	실험실(습식)	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
29	중점연구소	204	실험실(습식)	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
30	중점연구소	205	실험실(습식)	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
30	중점연구소	205	실험실(습식)	의료폐기물 전용용기 미비치 및 관리불량 [생물-5] (전용덮개 미비치)	의료폐기물 전용용기 비치 및 유지관리
31	중점연구소	210	Core Lab	특이사항 없음.	
32	중점연구소	219	분석장비실	특이사항 없음.	
33	중점연구소	220	공동기기	특이사항 없음.	
34	중점연구소	222	공동기기	특이사항 없음.	
35	중점연구소	223/ 224	공동 실험실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
36	중점연구소	227	바이오뱅크 디프리저실	보호구 미비치 및 착용 불량 [산위-4] (액화가스용 보호의,장갑 미비치)	적정 보호구 비치 및 착용
37	응급구조학과	501	재난안전실습실	특이사항 없음.	
38	응급구조학과	509	응급시뮬레이션 실습실	특이사항 없음.	

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
39	응급구조학과	520	구조 및 구급실습실	특이사항 없음.	
40	응급구조학과	522	응급환자 관리 실습실	특이사항 없음.	
41	의료공대	326	물리실험실	특이사항 없음.	
42	간호학과	201	전산실	분전반 내 각 회로별 명판 미부착 [전기-1]	분전반 내 각 회로별 명판 부착
43	간호학과	501	건강사정실습실	특이사항 없음.	
44	간호학과	502	기본간호실습실1	특이사항 없음.	
45	간호학과	503	기본간호실습실2	특이사항 없음.	
46	간호학과	602	시뮬레이션실1	특이사항 없음.	
47	간호학과	604	시뮬레이션실2	특이사항 없음.	
48	간호학과	606	오스키1~6실	특이사항 없음.	
49	간호학과	709	전문간호실습실	특이사항 없음.	
50	간호학과	710	종합간호실습실	특이사항 없음.	
51	임상병리학과	202	임상모의진단실험실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
52	임상병리학과	204	임상혈액- 실험동물학실험실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
52	임상병리학과	204	임상혈액- 실험동물학실험실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
53	임상병리학과	207	세포면역- 나노의학실험실	분전반 내 각 회로별 명판 미부착 [전기-1]	분전반 내 각 회로별 명판 부착

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
53	임상병리학과	207	세포면역- 나노의학실험실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
54	임상병리학과	209	임상생화학- 분자생물학실험실	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)
55	임상병리학과	212	임상조직병리학실험실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
55	임상병리학과	212	임상조직병리학실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
55	임상병리학과	212	임상조직병리학실험실	시약용기 보관 및 관리불량 [화공-4] (포름알데히드)	환기시약장 보관
56	임상병리학과	214	임상미생물학실험실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
56	임상병리학과	214	임상미생물학실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
57	임상병리학과	313	Pre-STEM LAB1 (일반화학생물학실험실)	특이사항 없음.	
58	작업치료학과	502	작업치료실습실	특이사항 없음.	
59	작업치료학과	503	일상생활수행실습실	특이사항 없음.	
60	작업치료학과	511	신경계 작업실습실	특이사항 없음.	
61	작업치료학과	512	감각통합실습실	특이사항 없음.	
62	치위생학과	602	전산실습실	특이사항 없음.	
63	치위생학과	612	임상치위생실습실	독성물질 미관리 [화공-11] (수은 특별관리물질 고지 및 관리)	독성물질 적정관리

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
64	치위생학과	614	기초치위생실습실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
65	치위생학과	616	구강악안면방사선실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10] (현상액)	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
66	치위생학과	618	치면세마실습실	특이사항 없음.	
67	치위생학과	625	구강위생실습실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
68	안경광학과	702	안경조제가공실습실	특이사항 없음.	
69	안경광학과	704	시광학실험실	특이사항 없음.	
70	안경광학과	706	광학실험실	특이사항 없음.	
71	안경광학과	712	콘택트렌즈실습실	구급용구 미비치 [산위-3]	적정 구급용구 비치 및 유지관리
72	안경광학과	714	안세포생물학실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
72	안경광학과	714	안세포생물학실험실	구급용구 미비치 [산위-3]	적정 구급용구 비치 및 유지관리
73	안경광학과	715	안기능검사실습실	특이사항 없음.	
74	안경광학과	716	안세포생물학실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
74	안경광학과	716	안세포생물학실험실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 설치 및 적정 유지관리
74	안경광학과	716	안세포생물학실험실	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 상태 불량 [생물-11]	생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 취급 연구시설의 설치·운영관련 기록 관리·유지 등 안전운영 적정 운영 상태유지 및 관리
75	안경광학과	724	산학공동장비실	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
76	물리치료학과	803	측정 및 평가실	특이사항 없음.	
77	물리치료학과	804	기능훈련실	특이사항 없음.	
78	물리치료학과	811	심리운동치료실	특이사항 없음.	
79	물리치료학과	812	운동치료실	특이사항 없음.	
80	물리치료학과	818	전문물리치료실	연구실 내 안전시설 조성여부(천장파손) [일반-6]	연구실 내 안전시설 조성 (천장수리)
81	방사선학과	303	초음파검사실습실	특이사항 없음.	
82	방사선학과	304	진료영상기술학습실	특이사항 없음.	
83	의공학부	B03	바이오실습실	화학물질 취급 및 관리대장 미작성 [화공-1]	화학물질 취급 및 관리대장 작성
83	의공학부	B03	바이오실습실	세척설비(세안기) 미설치 [화공-10]	세척설비(세안기) 적정 유지관리
83	의공학부	B03	바이오실습실	가스용기 미고정 [가스-2]	가스용기 전도방지장치 설치(공동체별 금지)
84	의료공대	B04	HDF	특이사항 없음.	
85	의료공대	L02A	3D프린터실 (하드웨어 스타트업)	특이사항 없음.	
86	의료공대	L03A	모형실	특이사항 없음.	
87	의료공대	L03B	CNC조각실	특이사항 없음.	
88	산학협력단	310	3D프린팅 대전센터	특이사항 없음.	

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
89	의료공간 디자인학과	602	Studio 1	특이사항 없음.	
90	의료공간 디자인학과	603-A	Studio 2-1	특이사항 없음.	
91	의료공간 디자인학과	603-B	Studio 2-2	특이사항 없음.	
92	의료공간 디자인학과	604-A	Studio 3-1	특이사항 없음.	
93	의료공간 디자인학과	604-B	Studio 3-2	특이사항 없음.	
94	의료공간 디자인학과	604-C	모형실습실 및 제도실	특이사항 없음.	
95	의료공간 디자인학과	605	컴퓨터그래픽스실 2	특이사항 없음.	
96	의료공간 디자인학과	606	컴퓨터그래픽스실 1	특이사항 없음.	
97	제약생명공학 과	701	BIO실습실 I	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제 일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
98	제약생명공학 과	702	바이오의약품 실습실	특이사항 없음.	
99	제약생명공학 과	703	창조LAB I	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제 일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
99	제약생명공학 과	703	창조LAB I	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가 스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
100	제약생명공학 과	704	BIO실습실 II	특이사항 없음.	

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
101	제약생명공학과	705	BIO-HDF 분석실	특이사항 없음.	
102	제약생명공학과	706	창조LAB II	특이사항 없음.	
103	제약생명공학과	707	BIO-HDF 생산실	특이사항 없음.	
104	의료IT공학과	802	의료IT기초실험실	국소배기장치 미설치 [산위-5] (납땀)	국소배기장치 설치
105	의료IT공학과	803	의료정보실습실	특이사항 없음.	
106	의료IT공학과	804	유헬스케어실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
107	의료IT공학과	807	캡스톤디자인 실습실	특이사항 없음.	
108	의공학부	901	재활공학실습실	특이사항 없음.	
109	의공학부	902	의용시스템실험실	국소배기장치 미설치 [산위-5] (납땀)	국소배기장치 설치
110	의공학부	903	의용프로그램 실습실	국소배기장치 미설치 [산위-5] (납땀)	국소배기장치 설치
111	의공학부	904	의용프로그램실습실	국소배기장치 미설치 [산위-5] (납땀)	국소배기장치 설치
112	의료신소재학과	1008B	의료고분자실험실	분전반 내 각 회로별 명판 미부착 [전기-1]	분전반 내 각 회로별 명판 부착
112	의료신소재학과	1008B	의료고분자실험실	시약병 경고표지 손상 [화공-2]	시약병 경고표지 부착
112	의료신소재학과	1008B	의료고분자실험실	인화성물질 적정 보관 불량 [소방-1]	인화성물질 적정 보관(인화성 캐비닛 설치 등)

연번	학과	호실	연구실명	지적사항	개선사항
113	의료신소재학과	1009	생체적합성 실험실	시약병 경고표지 미부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) [화공-2]	시약병 경고표지 부착
113	의료신소재학과	1009	생체적합성 실험실	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험 [가스-9] (전용밴드 미체결)	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 위험부분 상시 점검시행
114	의료신소재학과	1010	임플란트실	특이사항 없음.	
115	의료신소재학과	1011	Medi-Lab	특이사항 없음.	